# 5053 Misuratore di alta salinità

**Dati tecnici**

1. Campo di misura：0 ~ 20,0 %
2. Risoluzione: 0,1%
3. Precisione：±2%F.S
4. Compensazione automatica della temperatura: 0 ~ 60°C，nessuna visualizzazione della temperatura.
5. Punti di calibrazione automatici 1x (50,0 mS)
6. Alimentazione：batterie 2 x AAA, più di 100 ore di autonomia
7. Dimensioni / Peso: 39×25×176mm / 87g
8. Classe di protezione: IP57

**Operazioni:**

1. Calibrazione: sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e scuotere l'acqua, immergerlo in una soluzione di calibrazione da 50,0 mS e, dopo aver agitato, lasciare finché la lettura non è stabile. Ripetere il processo sopra più volte finché la lettura non viene visualizzata ripetutamente. Premere il pulsante per circa 2 secondi fino al simbolo " CAL " appare sul display LCD, quindi "50.0mS" lampeggia. Dopo alcuni secondi, la calibrazione è completa.
2. Misurazione: sciacquare l'elettrodo con acqua distillata e scuotere l'acqua dall'elettrodo, inserirlo nella soluzione del campione, lasciarlo dopo aver agitato e prendere la lettura quando il valore è stabile.
3. Sciacquare l'elettrodo con acqua distillata, scuotere l'acqua dall'elettrodo e poi rimettere il cappuccio dell'elettrodo.

**Note**

1. Il misuratore è stato calibrato prima della consegna. In generale, può essere utilizzato direttamente dall'utente. In circostanze normali, lo strumento deve essere calibrato una volta ogni 1-2 mesi.
2. Se l'elettrodo è sporco, pulirlo con acqua tiepida con detergente o alcol. Si prega di non strofinarli, altrimenti il rivestimento nero platino sulla superficie dell'elettrodo verrà danneggiato.
3. Il dispositivo di misurazione si spegne dopo 10 minuti di inattività.
4. Si prega di sostituire le batterie quando il seguente simbolo compare " ".

**Garanzia**

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH concede una garanzia di due anni su questo prodotto (sei mesi sugli elettrodi). La garanzia del produttore decorre dalla data del primo acquisto da parte del primo cliente finale (data fattura). La garanzia copre il funzionamento senza errori del dispositivo. Se il prodotto diventa difettoso durante il periodo di garanzia, a causa di errori di fabbricazione o di elaborazione, APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH riparerà o (a sua discrezione) sostituirà il prodotto o la parte difettosa gratuitamente. In particolare, sono esclusi dalla garanzia i danni causati da uso improprio, mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, riparazioni e modifiche non autorizzate, nonché usura. Le batterie sono escluse dalla garanzia.

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH
Wilhelm-Muthmann-Straße 18, 42329 Wuppertal Germany
E-mail: info@aperainst.de | www.aperainst.de
Tel. +49 202 51988998